


FORUM von ZEISS

OCT Navigator

Erweiterte OCT-Darstellung



Ihre Anforderungen

Bei der Untersuchung von Patienten, die von anderen Ärzten an Sie überwiesen wurden, liegen Ihnen häufig verschiedenste Diagnostikdaten vor – darunter möglicherweise auch OCT-Untersuchungsergebnisse von Geräten anderer OCT-Anbieter. Die elektronische Anzeige dieser OCT-Aufnahmen sowie der Vergleich von B-Scans, die mit Geräten verschiedener Hersteller aufgenommen wurden, sind für viele Augenarztpraxen eine schwierige, wenn nicht gar unlösbare Aufgabe. Bis heute.

Unsere FORUM-Lösung

Mit dem neuen ZEISS FORUM OCT Navigator können Sie die mit Geräten anderer OCT-Anbieter angefertigten OCT-Aufnahmen anzeigen und durchsuchen. Sie können also nicht nur gleichzeitig durch bis zu drei B-Scans Ihres ZEISS CIRRUS HD-OCT scrollen, sondern auch Untersuchungsdaten anderer OCT-Geräte anzeigen, die dem DICOM-Standard entsprechen. Die intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht das Prüfen und den Vergleich von historischen Untersuchungsdaten, sodass Sie schnellere Entscheidungen mit weniger Unsicherheiten treffen können.



ZEISS FORUM

OCT Navigator

Entscheidende Vorteile

- Gleichzeitig durch bis zu drei B-Scans beliebiger OCT-Anbieter scrollen, die Datenaustausch nach dem DICOM-Standard unterstützen
- Bequeme Auswahl und Prüfung relevanter OCT-Aufnahmen
- Bessere Entscheidungsfindung dank der einfachen Funktionen für Zoomen, Schwenken sowie Helligkeits- und Kontrastanpassungen in Fundus-Aufnahmen und B-Scans
- Kommentieren Sie Bilder oder markieren Sie diese als Favoriten, um sie später schneller wiederfinden zu können
- Die Auto-Play-Funktion ermöglicht automatisches Scrollen durch OCT-B-Scans. Die Geschwindigkeit kann dabei individuell angepasst werden
- Höhere Leistung des OCT-Bildgebungsablaufs

Mindestanforderungen für den FORUM OCT Navigator von ZEISS

Technische Anforderungen Die technischen Mindestanforderungen für den ZEISS FORUM OCT Navigator entsprechen denen für PCs, auf denen FORUM Archive oder Viewer Version 4.2.3 (oder höher) laufen.

DE_31_022_00331 Gedruckt in Deutschland. CZ-III/2019 Internationale Ausgabe: Nur für den Vertrieb in ausgewählten Ländern. Der Inhalt der Druckschrift kann von der gegenwärtigen Zulassung des Produktes oder des Serviceangebots in Ihrem Land abweichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen Vertretungen. Änderungen in Ausführung und Lieferumfang sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten. FORUM ist eine Marke oder eingetragene Marke der Carl Zeiss Meditec AG oder anderer Unternehmen der ZEISS Gruppe in Deutschland und/oder anderen Ländern.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2019. Alle Rechte vorbehalten.



0297

Weitere Informationen finden Sie unter: www.zeiss.com/forum



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51–52

07745 Jena

Deutschland

www.zeiss.com/forum

www.zeiss.com/med/contacts