



ZEISS FORUM Office

Version 3.0

Dernière mise à jour : 2024-9



Seeing beyond

ZEISS FORUM Office

Votre défi

En tant que clinicien, votre journée de travail est très chargée. Un accès rapide et efficace à des données fiables sur les examens des patients est essentiel pour effectuer des évaluations cliniques précises. Mais qui a le temps de gérer un problème informatique lorsque votre instrument et votre ordinateur ne communiquent pas entre eux ? Ce dont vous avez vraiment besoin afin de garantir la réussite de votre cabinet de soins oculaires, c'est d'un flux de travail transparent et connecté – du moment où le patient arrive pour l'examen à la consultation finale.

Principaux atouts

- Efficacité accrue du cabinet grâce à un flux de travail sans papier – du début à la fin
- Stockage et sauvegarde centralisés des données pour une sécurité et une tranquillité d'esprit accrues
- Examen en temps réel et facilement accessible des données diagnostiques du patient, présentées clairement sur un seul écran

Notre solution avec FORUM

ZEISS FORUM Office est une solution intuitive et flexible de gestion des données pour les soins oculaires, préinstallée sur un ordinateur de pointe puissant et prête à être intégrée dans votre cabinet dès la sortie de l'emballage, y compris dans les systèmes logiciels existants comme les dossiers médicaux électroniques (DME). ZEISS FORUM Office évolue et change pour répondre à vos besoins individuels. À mesure que votre cabinet se développe, il est facile d'intégrer d'autres instruments, des versions supplémentaires de ZEISS FORUM Viewer et des postes de travail cliniques de ZEISS pour une solution homogène.

- ZEISS FORUM Office utilise des Clinical Displays préconfigurés pour créer des vues de cas spécifiques à partir de rapports et d'images existants, de manière simple et transparente
- Le logiciel ZEISS FORUM permet de prendre des décisions plus éclairées en présentant les données des examens de manière pertinente sur le plan clinique
- ZEISS FORUM Office peut être complété par des postes de travail cliniques pour l'application sur le glaucome, la rétine et la cataracte

Matériel	ZEISS FORUM Office (Matériel inclus)	Exigences minimales requises pour ZEISS FORUM Viewer supplémentaire	
	Dell PC, OptiPlex Mini Tower	PC	Macintosh
Processeur	Intel® Core™ i7-8700 haute performance (6 cœurs / 12 Mo / 12 T / 4,6 GHz max. / 65 W)	Intel® Core™ i5 9e génération Quad Core ou similaire	Intel® Core™ i5 9e génération Quad Core ou similaire
RAM disponible	RAM interne de 32 Go	8 Go au minimum	8 Go au minimum
Capacité disponible du disque dur	1x 256 Go SSD et 3x 2 To HDD pour garantir une haute disponibilité pendant le fonctionnement du PC avec une sauvegarde supplémentaire des images et des données	8 Go recommandés	8 Go recommandés
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels	1280 x 800 pixels au minimum Recommandé : 1680 x 1050 pixels ou supérieure	1280 x 800 pixels au minimum Recommandé : 1680 x 1050 pixels ou supérieure
Système d'exploitation	Windows 10 (64 bits)	Windows 7 (32 bits et 64 bits) avec Service Pack 1, Windows 8.1 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) avec Service Pack 1 ou Windows Terminal Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows 10 (64 bits), Windows Server 2016, Windows Server 2019	macOS Mojave (10.14) macOS Catalina (10.15)
Écran	Écran à LED 24"	–	–
Accessoires	Souris, clavier et équipement de réseau optionnel	–	–



Scannez le code QR avec votre smartphone pour en savoir plus.
Pour de plus amples informations, consultez le site : www.zeiss.com/forum

CE 0297 (FORUM Archive & Viewer)



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena
Allemagne
www.zeiss.com/forum
www.zeiss.com/med/contacts

fr-OFR_31_022_00821 Imprimé en Allemagne. CZ-IX/2024 Édition internationale : commercialisation uniquement dans des pays sélectionnés. Non distribué en France.
Le contenu de ce document imprimé peut diverger des clauses autorisant actuellement le produit ou des offres de prestations de service dans le pays d'utilisation. Pour obtenir de plus amples informations en la matière, contacter le représentant régional ZEISS. Sous réserve des modifications techniques des dispositifs et des éléments constitutifs de l'équipement livré. FORUM est une marque commerciale ou une marque déposée de la société Carl Zeiss Meditec AG ou d'autres entreprises du groupe ZEISS en Allemagne et/ou dans d'autres pays.
Carl Zeiss Meditec AG n'est pas le fabricant légal des composants matériels décrits dans le présent document.
© Carl Zeiss Meditec AG, 2024. Tous droits réservés.